

製品

型式 : G-MEN DR100
model
製造番号 : D00G
Serial No.
検査日 : 2013年9月12日
Inspection Date

感度校正

- ・各 X, Y, Z 方向を 33Hz, 10G で加速し判定する。
- ・判定規格 : $\pm 10\%$ 以内
- ・校正条件 : しきい値 1.0G、記録間隔 1分、サンプリング周期 0.001 秒
- ・試験室温湿度 : 23 °C/50%

方向(軸)	測定値(G)	判定
X	10	良
Y	10	良
Z	10	良

温度校正

- ・温度 : 23°C一定
- ・判定規格 : $\pm 3^\circ\text{C}$ 以内

測定値(°C)	判定
23.6	良