

**校正証明書**

**GRAVITY SHOCK RECORDER**

発行番号 : SRC-CAL-13001

COPY

**発行元**

日本ビジネスロジスティクス株式会社 物流技術  
住所 : 〒252-0811 神奈川県藤沢市桐原町3番地  
JBL 包装試験室

TEL : 0466-41-0265

FAX : 0466-43-7938

JBL  
作成印

JBL  
承認印

## 校正証明書

顧客名 :  
御中

品名 : GRAVITY SHOCK RECORDER

型式 : G-MEN DR100

製造番号 : D000159

校正日 : 201 年 月 日

上記製品の校正は、弊社のトレーサビリティ体系に基づき国家指定機関にトレースされた校正設備により校正し、校正業務に於ける検査結果について仕様を満たしていることを証明致します。

### ・使用校正器

機種名	型式	製造番号	製造元	校正年月
加振器	G-8210-1HT-060	SG-4207	振研	2013/03
温湿度調節器	PR-4KP	14008647	エスペック	2013/02

※有効期間：校正年月から1年間

## 校正器トレーサビリティ

本装置の感度および温室度校正に使用された校正用測定器を下記する。

機種名	型式	製造番号	製造元	校正年月
加振器	G-8210-1HT-060	SG-4207	振研	2013/03
温湿度調節器	PR-4KP	14008647	エスペック	2013/02

※有効期間：校正年月から1年間

### 国家標準

- ・(独)産業技術総合研究所
- ・(財)日本品質保証機構

- ・(独)産業技術総合研究所
- ・日本電気計器検定所

### 照合標準

- ・ユニバーサルカウンタ
- ・振動計
- ・加速度ピックアップ

- ・ハンディケル
- ・ $\mu$ R1000 記録計
- ・T熱電対

### 校正用測定器

加振器  
G-8210-1HT-060  
(SG-4207)  
振研

温湿度調節器  
PR-4KP  
(14008647)  
エスペック

品名：GRAVITY SHOCK RECORDER  
型式：G-MEN DR100  
製造番号：D000159  
製造元：株式会社スリック