

見本

試験成績書

GRAVITY SHOCK RECORDER

発行番号：SRC-TES-23


発行元：

日本ビジネスロジスティクス株式会社


住所：〒252-0811 神奈川県藤原市桐原町3番地

TEL：0466-41-0265

FAX：0466-43-7938



JBL  
作成印



JBL  
承認印





## 製品

型式 G-MEN GR20  
製造番号 GR21  
検査日 2024年 月 日

## 感度校正

- 各 X, Y, Z 方向を 33Hz, 2G で加速し判定する。
- 判定規格:  $\pm 10\%$ 以内
- 校正条件: 記録間隔 1分、検出値 0.2G、サンプリング周期 1msec
- 環境試験室温湿度: 21.2°C / 30.9%RH

方向 (軸)	測定値 (G)	判定
X	2.2	良
Y	2.2	良
Z	2.2	良

## 温度校正

- 温度: 23°C一定
- 判定規格:  $\pm 3^\circ\text{C}$ 以内

測定値 (°C)	判定
23.3	良

上記校正値は調整なしの結果です。