



校正証明書

品名 : GRAVITY SHOCK RECORDER
型式 : G-MEN GR20
製造番号 : GR21
校正日 : 2024年 月 日

上記製品の校正は、弊社のトレーサビリティ体系に基づき国家指定機関にトレースされた校正設備により校正し、校正業務に於ける検査結果について仕様を満たしていることを証明致します。

・校正用測定器

機種名	型式	製造番号	製造元	校正有効期限
振動制御器	K2	12118946	IMV	2024/11/13
加速度ピックアップ	VP-32	4968V	IMV	2024/11/13
デジタル温湿度計	本体 HP23-A センサ HC2A-S	本体 72033104 センサ 20533935	rotronic	2024/12/4

・使用機器

機種名	型式	製造番号	製造元	校正有効期限
小型環境試験器	SH-221	92013187	ESPEC	2024/6/15

発行元:

日本ビジネスロジスティクス株式会社

住所: 〒252-0811 神奈川県藤沢市桐原町3番地

TEL: 0466-41-0265

FAX: 0466-43-7938



作成印

承認印

--	--

見本

発行日：2024年 月 日

校正器トレーサビリティ

本装置の感度および温湿度校正に使用された校正用測定器を下記する。

機種名	型式	製造番号	製造元	校正有効期限
振動制御器	K2	12118946	IMV	2024/11/13
加速度ピックアップ	VP-32	4968V	IMV	2024/11/13
デジタル温湿度計	本体 HP23-A センサ HC2A-S	本体 72033104 センサ 20533935	rotronic	2024/12/4

国家標準

(国研)産業技術総合研究所

上位標準

(一財)日本品質保証機構 関西試験センター

(一財)日本品質保証機構

照合標準器

高精度コンデンサ
デジタル・マルチメータ
汎用振動計
圧電式加速度ピックアップ

校正用測定器

振動制御器
K2
(12118946)
IMV

加速度ピックアップ
VP-32
(4968V)
IMV

デジタル温湿度計
本体 HP23-A (72033104)
センサ HC2A-S (20533935)
rotronic

品名 GRAVITY SHOCK RECORDER
型式 G-MEN GR20
製造番号 GR21
製造元 株式会社スリック

発行元：日本ビジネスロジスティクス株式会社
住所：〒252-0811 神奈川県藤沢市桐原町3番地
TEL：0466-41-0265
FAX：0466-43-7938

