



試験成績書

製品

型式 : G-MEN GR20
製造番号 : GR21
検査日 : 2024年 月 日

感度校正

- ・各 X, Y, Z 方向を 33Hz, 2G で加速し判定する。
- ・判定規格 : $\pm 10\%$ 以内
- ・校正条件 : 記録間隔 1分、検出値 0.2G、サンプリング周期 1msec
- ・環境試験室温湿度 : 22.6°C / 30.8%RH

方向 (軸)	測定値 (G)	判定
X	2.2	良
Y	2.2	良
Z	2.0	良

温度校正

- ・温度 : 23°C一定
- ・判定規格 : $\pm 3^\circ\text{C}$ 以内


測定値 (°C)	判定
23.0	良

上記校正値は調整なしの結果です。

発行元:

日本ビジネスロジスティクス株式会社

住所 : 〒252-0811 神奈川県藤沢市堀原町3番地
TEL : 0466-41-0265
FAX : 0466-43-7938



作成印

承認印

--	--